



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 272/11/K

V Brně, dne 22.6.2011

Věc: Veřejná zakázka:

„Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 3: V popisu Zařízení č. 6. Real-Time PC Analyzátor je zcela zásadní rozpor mezi popisem přístroje (A) a specifikací (B).
- zdá se, že idea zadavatele je pořídit destičkový přístroj, pečlivě popsán v popisu přístroje a v části specifikací.
- ve specifikacích se ale objevují dva požadavky, které jsou v evidentním rozporu s popisem a patří by spíše do požadavku na jiný typ přístroje
A) odpovídá přístrojům s blokem na 96 – jamkové testičky
B) popisuje ve druhé a třetí odrážce rotorový systém x zatímco ostatní odrážky naznačují, že by se mohlo/mělo jednat i o přístroj destičkový.

Prosím o informaci, zda musíme v nabídce vyhovět požadavkům v odrážce 2 (chlazení vzduchem) a 3 (rotorový systém), které jsou v rozporu s popisem přístroje.

Odpověď 3: Jak vyplývá z popisu přístroje, má jít o přístroj destičkový (s blokem na 96 jamkové testičky). Pokud požadavky v bodě 2 a 3 neodpovídají přístroji tohoto typu, je možné je ignorovat.

Dotaz byl zástupci zadavatele doručen 21.6.2011 v 11,50, tedy jeden den před odevzdáním a otevíráním obálek s nabídkami uchazečů. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele, tuto lhůtu tedy zadavatel dodržel, i když její konec spadá do termínu po odevzdání a otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele



Zadávací dokumentace – textová část

**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší
budoucnosti**

Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí

strana 1